ResMed | Healthcare

WILAsil-Spezialreiniger

- Geeignet für Masken, Atemschläuche und weiteres CPAP-Zubehör
- Hygienische und materialschonende Reinigung
- Ergiebige Dosierung (2 ml Reinigungskonzentrat auf 1 l Wasser)
- Angenehmer Zitrusduft

WILAsil-Spezialreiniger, 250 ml Art.-Nr. 7079868

Spezialreinigungsbürste

- Für eine gründliche Reinigung Ihres CPAP-Schlauchs

Spezialreinigungsbürste für SlimLine-Schlauch (15 mm) Art.-Nr. 7079478

Spezialreinigungsbürste für Standard-Schlauch (19 mm) Art.-Nr. 7079477

ResMed Reinigungstücher

- Natürliches Reinigungstuch aus Baumwolle
- Parfumfrei, alkohol- und latexfrei
- Einzeln verpackte Tücher ideal für die Reise

Reinigungstücher 62 Stück (Spenderbox) Art.-Nr. 61918
Reinigungstücher 14 Stück einzeln verpackt Art.-Nr. 61919

Auch online erhältlich unter **ResMedShop.de**

Vertrieb durch: ResMed GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 16, 82152 Martinsried,
Tel. 089 9901- 00, Fax 089 9901-1055, E-Mail reception@resmed.de
© 2023 ResMed GmbH & Co. KG, **Art.-Nr. 1017411**/11, Obj.-ID. C147611 · 11 · 06 23

ResMed | Healthcare

Reinigung & Pflege

Tipps für Maske und Zubehör

ResMed-Healthcare.de

Die Reinigung & Pflege beeinflusst die Funktionsfähigkeit, den Komfort und die Lebensdauer Ihres Maskensystems.

Achtung!

- **Keine** aromatischen Lösungen oder Duftöle, Bleichmittel, Alkohol oder stark riechende Produkte verwenden.
- **Keine** rückfettenden Reinigungsmittel verwenden.
- Die Teile **nicht im Geschirrspüler** reinigen und **nicht bei direkter Sonneneinstrahlung** oder **auf der Heizung** trocknen, dies könnte zu Beschädigungen führen.

Tipps

- Die Maskenreinigung sollte zu einem täglichen Ritual werden – wie das Zähneputzen.
- Am besten die Maske morgens reinigen, damit am Abend wieder alle Teile trocken sind. Restfeuchtigkeit zwischen den beiden Membranen des Maskenkissens kann bei Bedarf mit einem Wattestäbchen entfernt werden.
- Vor dem erstmaligen Gebrauch die komplette Maske mit klarem Wasser spülen und abtrocknen.

Reinigung

Täglich / nach jedem Gebrauch:

Maske entsprechend der beiliegenden Anleitung zerlegen.

- Für eine optimale Abdichtung der Maske muss Hautfeuchtigkeit und -fett nach jedem Gebrauch vom Maskenkissen entfernt werden.
- Die Maskenteile (ohne Kopfband) mit Spezialreiniger oder mit warmem Wasser (ca. 30° C) und neutralem Reinigungsmittel (z. B. Flüssigseife) reinigen.
- Luftauslassöffnungen mit einer weichen Bürste reinigen.
- Alle Teile unter fließendem Wasser gründlich abspülen und an der Luft trocknen lassen.
- Die vollständig getrockneten Teile entsprechend der Anweisung wieder zusammenbauen.
- Den Atemschlauch am Griffprofil der Manschette vom Gerät abziehen und bis zum nächsten Gebrauch an einem sauberen, trockenen Ort aufhängen (z. B. hängend über der Duschwand).

Wöchentlich

- Das **Kopfband** nur per Hand waschen. **Nicht bügeln!** Wenn das Kopfband neu ist, kann es während der ersten Wäsche zu Farbauswaschungen kommen.
- Den Atemschlauch mit dem Spezialreiniger (gemäß Anleitung) oder mit warmem Wasser (ca. 30° C) und einem milden Reinigungsmittel reinigen, ggf. Reinigungsbürste verwenden, gut abspülen und hängend trocknen lassen (z. B. hängend über der Duschwand).

Monatlich

- Das Gehäuse des Atemtherapiegerätes mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen.
- Den **Luftfilter** überprüfen und bei Bedarf gemäß der Anleitung auswechseln. Der Luftfilter ist **nicht waschbar!**